

辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION



深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司
 SHENZHEN JPY ION-TECH. CO., LTD.
 GUANGMING BRANCH
 地址 (Add): 深圳市光明新区光明街道观光路白花工业园西侧第二工业区11号
 NO.11, 2nd Industrial Zone, Baihua Industrial park,
 Guangguang Rd., Guangming New District,
 Shenzhen 518107, P.R. china
 电话(TEL): +86(0)755 25177231, 25177137
 传真(FAX): +86(0)755 25516854
 邮政编码 (P.C.): 518107
 http://www.jpy.com.cn

证书编号: GM2022062305
 Certificate No.:

合同编号: GM22060654
 Contract No.:

R/SZJPY-7219 AD/00

| 客户名称: Customer: 东莞市依科净化材料科技有限公司 (DongGuan E-co Clean Material Technology Co., Ltd) | | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| 产品名称 Article description | 包装规格 (厘米) Carton Size(cm) | 产品批号 Article Lot No. | 数量(箱) Carton Qty(cs) | 毛重(公斤) G.W(kgs) |
| ISO-MED STERILE POLY /CEL WIPER ISO-MRC15 8S 以下空白 | 58*58*48 | 527095 | *33 (1200bags) * | 782.1 |
| <p>这批产品已经过伽玛射线辐照。 THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY GAMMA RAY.</p> | | | | |
| 辐照编号: Irradiation No.: | | P2206164B | | |
| 辐照结束的日期: Irradiation lot finish date: | | 2022/06/23 | | |
| 客户要求最低吸收剂量: Minimum specified dose: 26 kGy | | 最低剂量监测区吸收剂量: Minimum inspection area dose: 29 kGy | | |
| 客户要求最高吸收剂量: Maximum specified dose: 41 kGy | | 最高剂量监测区吸收剂量: Maximum inspection area dose: 38 kGy | | |
| 检验员: Inspector: <i>何艳娟</i> 2022.6.23 | | 深圳市金鹏源辐照技术有限公司 光明分公司 SHENZHEN JPY ION-TECH. CO., LTD. GUANGMING BRANCH | | |
| 审核: Approved: <i>何艳娟</i> | | | | |
| 日期: Date: 2022.6.23 | | | | |